

彰化縣全自動身高體重計及視力檢查儀採購案(開口契約) 安裝測試紀錄表

一、裝設單位名稱：_____

二、安裝日期：_____年_____月_____日

1. 請專案使用者檢查【全自動身高體重計】設備，符合項目請打 V，不符項目請打 X

項目	內容	說明	符合	不符合
全自動 身高體 重計	購置數量	1 台		
	全自動測量	受測者站上機台後，身高壓板自動降下，自動測量身高體重。		
	LED 顯示螢幕	具 LED 顯示螢幕，可顯示身高及體重。		
	滾輪、易推動	適合任何不平地形，附滾輪，易推動。		
	測量範圍	甲、身高：50~200cm，誤差範圍：±0.1cm。 乙、體重：3~250kg，誤差範圍：±0.1kg。		
	外部傳輸功能	具提供外部傳輸資料連接功能，以利後續整合量測數據及資料。		
	配件	身高壓板、電源線、電腦傳輸線、顯示幕、顯示器傳輸線及使用說明書各 2 組。		
	保固證明書	確保產品品質及保障售後服務，交貨時需檢附原廠或臺灣總代理商出廠證明暨連帶保固證明書(正本)。		
	2 年保固(備註：廠商承諾 3 年保固)	保固期間發生非歸責於廠商的故障時須到場進行維修服務，若無法現場維修時則提供同尺寸同型號機備用。		
產品不良發生故障或無法維修，更換新品	驗收後 3 個月內全自動身高體重計在正常使用情況下，若因產品品質不良發生故障或無法正常操作，廠商須 5 個工作日內直接更換為新品。			

2. 安裝人員教導【全自動身高體重計】管理人員(專案使用者)已確實學會以項目：

(1) 測試判斷【全自動身高體重計】是否正常使用，操作及管理方式。

(2) 故障異常處理聯繫方式。【專案使用者已指定人員知悉廠商電話、傳真等聯絡方式】

廠商人員(簽章)：_____

專案使用者管理人員(簽章)：_____ 專案使用者單位主管(簽章)：_____